

Příloha č. 2 výzvy

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č.1233

Statutární orgán: Ing. Petr Bařka, ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo bankovního účtu: [REDACTED]

(dále jen „**kupující**“)

a

Obchodní firma: HZZ,a.s.

se sídlem Košínova 785/24, Brno, 612 00

IČ: 25309749

DIČ: CZ25309749

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně

Oddíl B vložka 2102

Statutární zástupce: David Hübel, předseda představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo bankovního účtu: [REDACTED]

(dále jen „**prodávající**“)

Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se dohodly na uzavření kupní smlouvy v tomto znění (dále jen „**smlouva**“):

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas dále specifikované zboží, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále sjednání závazku kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka elektrochirurgického přístroje s argonem dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tvořící nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**Zboží**“) a jeho uvedení do plného provozu.
3. Součástí předmětu smlouvy je i provedení instalace Zboží, uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky a odzkoušení bezproblémového provozu za přítomnosti zástupců kupujícího, provedení instruktáže obsluhujícího personálu výrobcem v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických

zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“)
Předmět smlouvy rovněž zahrnuje:

- dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu;
- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě;
- předání prohlášení o shodě dodaného zboží dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy se schválenými standardy s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE;
- zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, II), (IVD);
- zajištění periodických prohlídek (BTK), technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží;
- odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o odpadech“);
- demontáž a odvoz stávajícího zařízení, případně dalšího příslušenství nutného k úspěšné instalaci nového zařízení, jeho ekologickou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech a vystavení dokladu o ekologické likvidaci.

Článek II.

Termín dodání a místo předání

1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, kupujícímu nejpozději **do 90 dnů** ode dne účinnosti této kupní smlouvy.
2. Místem dodání Zboží je **Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav – urologie.**
3. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží nejpozději dva pracovní dny před plánovaným termínem dodání, a to pověřenému pracovníkovi [redacted] – vedoucímu OZT tel.: [redacted] [redacted]
4. Zástupci prodávajícího a kupujícího sepíší a podepíší při dodání Zboží předávací protokol. Prodávající i kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.
5. Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě předávacího protokolu nabývá kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
6. Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména dle zákona o zdravotnických prostředcích a vystavení protokolu o validaci parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude prodávající v záruční době provádět bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

Článek III.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná prodávajícím kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH:	314 499,83 Kč
DPH 21 % k ceně:	66 044,96 Kč
Celková cena vč. DPH:	380 544,79 Kč

2. Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě úplné ceny Zboží, také veškeré náklady na splnění předmětu této smlouvy dle článku I odstavce 3 této smlouvy.
3. Instruktaž obsluhujícího personálu Kupujícího dle zákona o zdravotnických prostředcích, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny Zboží.
4. Změna kupní ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se ke změně DPH.
5. Zaplacení kupní ceny bude provedeno v české měně, a to na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury) na bankovní účet prodávajícího v něm uvedený. Lhůta splatnosti se sjednává v délce 30 dnů ode dne vystavení faktury.
6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.
7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je kupující oprávněn zaslat ji prodávajícímu zpět k přepracování či doplnění, s tím, že prodávající je povinen vystavit doklad nový, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.
8. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího.

Článek IV.
Kvalita a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu Zboží zcela nové, tedy Zboží nepoužité, nerepasované, Zboží, které nebylo využité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.
2. Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným ve výzvě k podání nabídky uplatněné ve výběrovém řízení, ve kterém byla nabídka prodávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.
3. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.
4. Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu

záruku za jakost dodaného Zboží v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání Zboží.

5. Po dobu záruční doby se Prodávající zavazuje k provádění bezpečnostně technických kontrol a validace, k zajištění údržby (včetně náhradních dílů) a plné servisní podpory, včetně BTK a dalších zákonných požadavků pro Zboží dle doporučení výrobce.
6. Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 24 hodin od okamžiku jejich oznámení Kupujícím nebo jím pověřenou osobou. V případě poruchy na Zboží se Prodávající zavazuje zajistit pro Kupujícího náhradní Zboží v odpovídající kvalitě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však vždy do 24 hodin od okamžiku oznámení poruchy, či vady Zboží.

Článek V. Další ujednání

1. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi prodávajícím a kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že jeho servisní služby budou dostupné alespoň v pracovní od 7 do 17 hodin.
3. Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení.
4. Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
5. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
6. Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
7. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě, kdy nebudou závazky z této smlouvy plněny prodávajícím a tento bude s jejich plněním v prodlení po dobu více jak jednoho měsíce.
8. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn postoupit svoji pohledávku případně vzniklou na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
4. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

- Příloha č.1 technická specifikace zboží

Kupující:

Prodávající:

V Břeclavi dne

V Brně dne

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

Datum: 2023.12.19
10:48:55 +01'00'

Datum: 2023.12.18
16:10:14 +01'00'

Nemocnice Břeclav, p.o.
Ing. Petr Bařka
ředitel

HZZ,a.s.
David Hübel
ředitel

ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA EXCELL NHP/T

Komplexní, technologicky mimořádně vyspělá elektrochirurgická jednotka, která je vhodná pro všechny druhy monopolárního i bipolárního použití ve všech oblastech chirurgie **s integrovaným barevným 7" dotykovým displejem** (rozlišení 800 x 480).

EXCELL NHP/T ... 4 modely : NHP/T – 200, NHP/T – 400

NHP/TA – 200, NHP/TA – 400 - argonová jednotka



Přístroj se dodává s počítačovým systémem pro automatickou kontrolu:

- Provádí hlavní automatickou kontrolu při zapnutí (ON). (Očekává ji automaticky přibližně každých 30 minut.) – **SELF TEST**
- V případě poruch a chybného použití přívod výkonu zastavuje a uživatele informuje zvukovým a vizuálním signálem - **CHYBOVÉ KÓDY**
- Zjištěné problémy ukládá, aby usnadnil následnou technickou pomoc.

Přístroj se dodává s počítačovou automatickou kontrolou a automatickým seřizováním proudů pomocí PER (Hodnocení účinnosti příkonu > 98 %).

- Automaticky kontroluje všechny proudy podle vlastností tkání dvěma různými systémy:
System ADC – Automaticky se seřizující s konstantním výkonem
System APC - Automaticky se seřizující s konstantním napětím

Kontrolujte také, jestli přívodní výkon odpovídá určenému nastavení a v případě poruch hardwaru a softwaru, které by mohly způsobit anomální přívod, přívod blokuje

Přístroj umožňuje uložení 99 programů do paměti.

- Programy lze identifikovat i textem (jména uživatelů nebo druh použití).
- Všechna nastavení programu lze měnit, kdykoli si uživatel přeje.

Pro usnadnění použití **obsahuje přístroj některé programy se specifickým přednastavením.**

- Program má 15 pamětí jen pro bipolární použití bez neutrální elektrody.

Tento přístroj lze používat s jedním nebo dvěma monopolárními držáky nebo nástroji, tento přístroj lze vždy používat s jedním nebo dvěma bipolárními nástroji:

- Bipolární nástroje lze normálně používat pomocí pedálového spínače, ale přístroj obsahuje i některé proudy s automatickými systémy start/stop „snímání impedance“.

Tento přístroj lze používat s jedním nebo dvěma pedálovými spínači.

- Se standardním dvojitým pedálovým spínačem DS/Esw, který se dodává s pedálem ovládaným voličem pro aktivaci monopolárních nebo bipolárních proudů.
- S větší verzí předchozího modelu (kód DS/Esw1), který je velmi užitečný pro endoskopii.
- S nezávislým dvojitým pedálovým spínačem (DS/B), který aktivuje jen bipolární proudy.
- S oběma pedálovými spínači (DS/Esw a DS/B).
- S dvojitým pedálovým spínačem DS/Esw pro aktivaci monopolárních proudů pro řezání a bipolárních proudů pro koagulaci nebo uzavírání cév.

Přístroj má řídicí obvod neutrální elektrody, který uživatelům umožňuje:

- Použití s normálními elektrodami pro dospělé nebo s malými elektrodami pro dětské pacienty nebo novorozence.
- Použití s neutrálními elektrodami jednodílnými („Single section - **Non Split**“) nebo dvoudílnými („Double section - **Split**“).
- **Použití připojovacích kabelů s různými konektory: evropská norma a norma USA.**

Přístroj se dodává s pohotovostním režimem (STANDBY).

- Tento režim umožňuje odpojení neutrální elektrody bez zásahu souvisejícího řídicího obvodu.

Přístroj se dodává s funkcí automatického resetování.

- Při zapnutí resetuje všechna nastavení používaná při zapnutí.

Přístroj se dodává s automatickým obvodem pro kontrolu VF svodových proudů.

Přístroj umožňuje připojení k PC pro možný UPGRADE přístroje a kalibrace

PROUDY PRO MONOPOLÁRNÍ ŘEZÁNÍ A KOAGULAČNÍ ŘEZÁNÍ – 10 PROUDŮ

ČISTÝ ŘEZ (PURE CUT, řídicí systém ADC) – 400W. Proud pro řezání bez koagulačního účinku.

SMÍŠENÝ ŘEZ 1 (BLEND CUT 1, řídicí systém ADC) – 300W. Proud pro řezání se slabým koagulačním účinkem.

SMÍŠENÝ ŘEZ 2 (BLEND CUT 2, řídicí systém ADC) – 250W. Proud pro řezání s velmi silným koagulačním účinkem.

ČISTÝ ŘEZ PULZNÍ (PURE CUT PULSED, řídicí systém ADC) – 400W. Proud pro pulzní řezání bez koagulačního účinku.

SMÍŠENÝ ŘEZ PULZNÍ (BLEND CUT PULSED, řídicí systém ADC) – 250W. Proud pro rychlé pulzní řezání s koagulačním účinkem.

AUTOMATICKÝ ČISTÝ ŘEZ MIKRO (AUTO PURE MICRO, řídicí systém APC) – 300W. Proud pro jemné řezání bez koagulačního účinku.

AUTOMATICKÝ SMÍŠENÝ ŘEZ MIKRO (AUTO BLEND CUT MICRO, automatický systém APC) – 300W. Proud pro jemné řezání s koagulačním účinkem.

AUTOMATICKÝ ČISTÝ ŘEZ PAPILO (AUTO PAPILO PURE CUT, řídicí systém APC) – 300W. Proud pro čisté řezání.

Má 4 převodní režimy: nepřerývaný nebo pulzní s pomalou modulací, střední modulací a rychlou modulací.

AUTOMATICKÝ SMÍŠENÝ ŘEZ POLIPO (AUTO POLIPO BLEND CUT, řídicí systém APC) – 300W. Proud pro koagulační řezání.

AUTOMATICKÝ ŘEZ STRÍDAJÍCÍ SE S KOAGULACÍ (AUTO ENDO CUT, řídicí systém APC) – 300W. Proud s fázemi řezání a koagulací.

PROUDY PRO MONOPOLÁRNÍ KOAGULACI – 5 PROUDŮ

FULGURAČNÍ KOAGULACE (FULG FORCED COAG, řídicí systém ADC) – 150W. Proud se silným povrchovým jiskřením.

SPREJOVÁ KOAGULACE (SPRAY COAG, řídicí systém ADC) – 200W. Proud pro bezkontaktní koagulaci s velmi silným jiskřením.

PŘESNÁ KONTAKTNÍ KOAGULACE (PIN POINT CONTACT COAG, řídicí systém ADC) – 300W. Proud se středním povrchovým jiskřením.



PULZNÍ SPREJOVÁ KOAGULACE (PULSED SPRAY COAG, řídicí systém ADC) – 200W. Proud pro pulzní jemnou argonovou koagulaci.

SLABÁ MIKRO KOAGULACE (SOFT MICRO COAG, řídicí systém ADC) – 280W. Proud s velmi nízkým povrchovým jiskřením.

PROUDY PRO BIPOLÁRNÍ ŘEZÁNÍ – 4 PROUDY

STANDARD BICUT (řídicí systém ADC) – 200W. Proud pro řezání vysušených nebo vlhkých tkání.

BLEND BICUT (řídicí systém ADC) – 160W. Proud pro řezání se silnou koagulací (95% koagulace).

SALINE URO-GYN CUT (řídicí systém ADC) – 350W. Proud pro endoskopické použití ve fyziologickém roztoku.

SALINE ARTHRO CUT (řídicí systém ADC) – 230W. Proud pro artroskopické použití ve fyziologickém roztoku.

PROUDY PRO BIPOLÁRNÍ KOAGULACI A UZAVÍRÁNÍ CÉV – 5 PROUDŮ

SOFT MICRO BICOAG (řídicí systém APC) – 140W. Proud pro jemnou a přesnou koagulaci.

FORCED MACRO BICOAG (řídicí systém ADC) – 200W. Proud pro rychlou koagulaci.

AUTO SOFT MICRO BICOAG (řídicí systém APC) – 140W. Proud stejný jako SOFT MICRO BICOAG.

Má automatický systém „snímání impedance“ start/stop.

SEALING (řídicí systém APC) – 350W. Proud na koagulaci/uzavírání cév o průměru do 8 mm

Spouští se pomocí pedálového spínače, ale má automatický systém zastavení „snímání impedance“.

AUTO SEALING (řídicí systém APC) – 320W. Proud stejný jako SEALING.

Má automatický systém start/stop „snímání impedance“.

PROUDY PRO ARGONOVOU JEDNOTKU (pouze modely NHP/TA) – 2 PROUDY

SPREJOVÁ KOAGULACE + ARGON (SPRAY COAG, řídicí systém ADC) – 200W. Proud pro bezkontaktní koagulaci s velmi silným jiskřením.

PULZNÍ SPREJOVÁ KOAGULACE + ARGON (PULSED SPRAY COAG, řídicí systém ADC) – 200W. Proud pro pulzní jemnou argonovou koagulaci.



