

Operační stůl pro Gynekologické operační sály

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Technické požadavky:	Minimální požadavky	Účastník vyplní splnění parametru (ANO/NE, popř. hodnotu)
Mobilní operační stůl pro gynekologickou a kompletní chirurgickou operativu	ANO	ANO
Elektromechanický nebo elektrohydraulický pohon - uvést	ANO	ANO – elektromech
Základna včetně podvozku operačního stolu z nerezové ocele, plastový kryt základny není přípustný	ANO	ANO
Mobilní základna (noha) stolu musí zakrývat veškeré mechanické části pohybového mechanismu operačního stolu	ANO	ANO
5-ti segmentová (min.) operační deska RTG transparentní po celé délce s antistatickými a antidekubitními snadno odnímatelnými polstery	ANO	ANO
Vícevrstvé polstery snižující riziko vzniku dekubitů bez nutnosti použití gelových podložek, snadno odnímatelné a čistitelné, odolné provedení potahu zaručujícího těsnost a odolnost vůči tekutinám	ANO	ANO
Radiální lišty po stranách operační desky stolu pro upnutí příslušenství	ANO	ANO
Bezdrátové i kabelové dálkové ovládání operačního stolu	ANO	ANO
Záložní ovládání integrované z boku sloupu operační základny (v ose pod nožní nebo zářadovou částí nepřipustné) a nevyčnívající ze základny operačního stolu	ANO	ANO
Funkce na dálkových ovládacích, identicky na záložním integrovaném ovládacím stolu	ANO	ANO
Jednotlačítkový reset polohy stolu na ovládání tzv. „nulové pozice“	ANO	ANO
Z přístupu z vaginální pozice požadován výřez v základně (pro usnadnění přístupu operátora, pedálové ovládání atp.), kvalitní přístupnost z boků stolu	ANO	ANO
Aretace operačního stolu s indikací na ovládání zvolené pozice „zabržděno – odbržděno“	ANO	ANO
Deska operačního stolu		
Podložka hlavy s antidekubitním polstrem kloubově stavitelná dvěma klouby, rozsah sklonu: min. + 35 a více – 45 a více	ANO	ANO - +45°/-45°
Sedací a zářadová sekce s antidekubitním antistatickým odnímatelným polstrem	ANO	ANO
Sedací sekce s výřezem pro gynekologickou operativu	ANO	ANO
Podložky dolních končetin dělené 2-segmentové, roztažitelné, sklopné mechanicky, nastavení pro uro/gyn výkony s antidekubitním antistatickým odnímatelným polstrem;	ANO	ANO
V sedací sekci (bez nutnosti připevnění dalších segmentů) integrovaná radiální eurolišta pro upnutí Amerických i klasických schautů, umožňující elektrické sklopení těchto schautů přes dálkové ovládání operačního stolu	ANO	ANO
Technické požadavky:		
Akumulátory s vysokou kapacitou: min. 2 dnů provozu	ANO	ANO – 5 dní
Indikace aktuálního stavu baterie	ANO	ANO
Napájení 230V/50Hz	ANO	ANO
Nosnost operačního stolu min. 400kg	ANO	400 kg
Neomezená polohovatelnost při zatížení min. 250kg	ANO	ANO
Nejnižší pozice stolu bez polstrů min. 670 mm	ANO	ANO – 660 mm
Nejvyšší pozice stolu bez polstrů min. 1000 mm	ANO	ANO – 1.030 mm
Trendeleburg/antiTrendeleburg min. +/-25	ANO	ANO - +/-30°
Naklápění do stran min. +/- 25°	ANO	ANO - +/-25°
Polohování zářadová sekce min. +80°/-40°	ANO	ANO - +80°/-60°
Polohování nožní sekce min. +65°/-85°	ANO	ANO - +80°/-92°
Řízený podélný posun operační desky oběma směry pro rtg – min. 330 mm	ANO	ANO – 340 mm
Antidekubitní polstrování vysoké min. 80 mm	ANO	ANO – 90 mm

Otočná kolečka min. průměr 100 mm	ANO	ANO – 4 ks – 100mm
Při aretaci samovyrovnání – nulová pozice operačního stolu	ANO	ANO – automatická samonivelace, řešení nerovností podlahy op.sálu
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		
Pažní anesteziologická podložka, stavitelná, s rychlou aretací – 2 ks	ANO	ANO
Úchytka zápěstí k postranní liště stolu – 1 ks	ANO	ANO
Úchytka paže plastová s polsterem – pozice upažení pacienta – aretace pod polstrem op.desky	ANO	ANO
Anesteziologický rám – 1 ks + svorka na eurolištu	ANO	ANO
Americké schauty vč. svorek a antidekubitní výstelky – nosnost min. 150 kg	ANO	ANO – 159 kg
Schauty klasické, včetně upínacích svorek	ANO	ANO
Pás pro fixaci pacienta na suchý zip – 1 ks	ANO	ANO
Ramenní podpěry Trendelenburg s antidekubitním polsterem na eurolištu – 1 pár	ANO	ANO
Odnímatelné odpadní umyvadlo nerezové gynekologické, 1 ks drenážní adapter pro misku a	ANO	ANO
Gelová podložka hlavy - kroužek	ANO	ANO
Nerezový vozík pro příslušenství stolu rozměry min. (DxŠxV) 555 mm x 625 mm x 1450 mm 2 ks drátěný koš 1 ks lišta na příslušenství	ANO	ANO
Vozík pro Americké schauty všech výrobců (pevný a lehký pro uložení a bezpečnou přepravu)	ANO	ANO
Dodávka musí obsahovat veškeré pomůcky a nástroje, potřebné k upínání požadovaného příslušenství	ANO	ANO

