

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 5.1.2024

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Ultrazvuk pro ze dne 5.1.2024

Dotaz č.1

Bude prosím zadavatel akceptovat frekvenční rozsah konvexní sondy mezi 2.0 MHz – 6.8 MHz a lineární sondy 5.0 MHz – 15 MHz při použití monokrystalické technologie pro lepší rozlišení a tedy kvalitnější obraz?

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel bude akceptovat frekvenční rozsah konvexní sondy mezi 2.0 MHz – 6.8 MHz a lineární sondy 5.0 MHz – 15 MHz / při použití monokrystalické technologie pro lepší rozlišení a tedy kvalitnější obraz/.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny do 10.1. 2024 do 13:00 hod.