

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH		
Sídlo zadavatele:	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36	CZ	
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice		
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení		
Tel:	+420 517 315 149	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	herzan@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		
Kontaktní osoba:	Milan Pavlun		
Tel:	603 251 031		
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz		

(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Nemocnice Vyškov – Dodávka multidetektorového počítačového tomografu (CT)“
(dále také zakázka)

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2024-016780

Označené: VZD/05/24

Jedná se o tyto informace:

INFORMACE č. 01/05

Zadavatel částečně vyhověl Námitkám podaným proti zadávacím podmínkám předmětné zakázky a to tak, že provedl změnu zadávacích podmínek předmětné zakázky. Zadavatel tímto ruší znění části zadávací dokumentace označené „Svazek č.5 Technická specifikace zařízení“ v plném rozsahu a nahrazuje ji novou částí zadávací dokumentace označenou „Svazek č.5.1 Technická specifikace zařízení“ název souboru „240702_Svazek_c.5.1_Technicka_specifikace_CT“, který tvoří přílohu tohoto VZD/05/24.

Stručná rekapitulace změn technické specifikace:

Pol. č. 1 - úprava v části „Gantry“

Pol. č. 1 - úprava v části „Detekční systém“

Pol. č. 1 – úprava v části „Parametry pro skenování, rekonstrukci a kvalitu zobrazení“

Upravené parametry jsou zadavatelem žlutě podbarveny.

INFORMACE č. 02/05

Zadavatel v souladu s ustanovením odst.2) §99 ZVZZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- | | |
|---|------------------|
| - nové znění bodu „Lhůta pro podání nabídek“ - den: | 24.7.2024 |
| - nové znění bodu „Datum otevírání podání: | 24.7.2024 |

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Příloha: Svazek č.5.1 Technická specifikace zařízení“ název souboru:
240702_Svazek_c.5.1_Technicka_specifikace_CT

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.