

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518 601 237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 30.10.2024

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 04

Veřejná zakázka č. VZ202438 – Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu pro imunohematologii HTO včetně bezplatné výpůjčky přístrojového vybavení

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Požadavek na Reader s integrovaným počítačem dle našeho názoru nesleduje objektivní potřeby zadavatele vyjádřené v zadávací dokumentaci a takový požadavek při zohlednění znalostí a zkušeností tazatele je zcela neobvyklý v obdobných zadávacích řízeních.

Uvedený požadavek podle údajů dostupných tazateli splňuje pouze jeden konkrétní dodavatel.

Jiní dodavatelé včetně tazatele jsou tedy z možnosti podat nabídku vyloučeni.

Desktopový počítač oproti integrovanému počítači nemá žádné omezení na rychlosti testování, propustnosti systému ani na dalších aspektech testování. Práce s desktopovým PC a readerem je minimálně stejně efektivní jako práce s přístrojem s integrovaným PC, navíc přináší výhodu v případě poruchy přístroje, kdy je možné desktopový PC a uživatelský SW dále využívat pro práci – lze nadále přijímat požadavky z LIS, zpracovávat testy, manuálně zadávat výsledky do systému, validovat je a posílat do LIS.

Toto uspořádání je široce a bezproblémově používáno napříč mnohými laboratořemi (v laboratořích fakultních, krajských, oblastních, či městských nemocnic a v soukromých laboratořích).“

Zveřejněné vysvětlení, že “uvedený požadavek na integrovaný počítač přístroje byl zadán v kontextu nezbytných sanitací pracovní plochy a také z důvodu uživatelsky efektivnější varianty” se nám zdá být zároveň i v rozporu s dříve zveřejněnou odpovědí v procesu dotazování.

Dodavatel nabízel analyzátor, ...” který je kromě čtečky gelových karet zároveň i centrifugou s kapacitou 24 gelových karet, která splňuje všechny výše uvedené vlastnosti včetně poskytování barevných fotografií. V tomto případě by zařízení plně nahrazovalo i jednu požadovanou centrifugu a výrazně tak ušetřilo prostor v laboratoři“.

Uvedená kombinace nabízela výrazné ušetření prostoru, a i v kontextu zmíněných sanitací představuje efektivnější řešení.

Toto řešení však přijato nebylo.

Požadavky zadavatele na Reader pro odečet gelových karet s integrovaným počítačem plně odporuje § 36 odst.1 Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Tento požadavek splňuje pouze jediný výrobce. To však nezaručuje řádnou hospodářskou soutěž, a nevytváří tak tlak na co nejnižší cenu dodávaného zboží v souladu s účelem, který právní úprava zadávání veřejných zakázek sleduje.“

Bude zadavatel souhlasit s odstraněním podmínky integrovaného počítače a tím umožní dosažení cíle zákona

o veřejných zakázkách, tedy zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel po zvážení upravil technické požadavky.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 04, včetně nové verze přílohy č. 3 – Technická specifikace.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Dokumentace je doplněna následovně:

Příloha č. 3 – Technická specifikace_verze02.docx

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Zadavatel upravuje bod **10.1 Lhůta pro podání nabídek** (zadávací dokumentace) na veřejnou zakázku na dodávky takto:

*nové znění: Lhůta pro podání nabídek končí dne **22.11.2024, v 10:00 hod.***

Za zadavatele:

Mgr. Jan Šebek Cholewa, MBA