

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Sterilní svářečka hadiček

Dotaz č.1 / 4.11.2024:

Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Sterilní svářečka hadiček“.

- a) Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 2 Technické parametry zadavatel požaduje: aby svářečka uměla svářet hadičky o malé délce ≥ 3 cm, chápeme správně, že námi nabízené řešení, které je koncipováno na odlišné technologii, dokáže svařovat hadičky o min. délce 8 cm splňuje tento požadavek?
- b) aby svářečka měla automatickou výměnu nožů, bude Zadavatel akceptovat jiný typ řešení, kdy naše svářečka nemá nože a funguje na jiném principu než konkurenční přístroje? Toto řešení je následovné: svářečka má funkci, kdy dvě hadičky jsou k sobě navzájem připojeny ve dvou krocích: 1. Vysokofrekvenční svařování vytvoří definované uzavřené konce. 2. Konce hadiček jsou zahráty a následně spojeny. Toto svařování krevních hadiček se nazývá „sterilní spojování“, které umožňuje svařování v „totální izolaci“. Námi nabízené svářečky krevních hadiček jsou používány na mnoha transfuzních odděleních po celé ČR i v EU.
- c) aby dodavatel zajistil spotřební materiál – jednorázové nože, naše svářečka nepoužívá jednorázové nože a funguje na jiném principu svařování hadiček, proto bude Zadavatel akceptovat řešení, kdy provoz našeho přístroje vyžaduje použití klíče, který by byl součástí nabídky. V tomto klíči je naprogramován počet procesů spojování, které je možné uskutečnit (např. 2500 možných spojů). Počet spojů je snížen o jednu při každém dokončeném procesu spojování. Počet zbývajících procesů spojování je zobrazen, když je přístroj v pohotovostním režimu. Jakmile je počet spojů vyčerpán, je nutné použít nový klíč.). Ceník a kontakt pro objednání by byl vložen do nabídky.

Přehodnotil by zadavatel na základě výše uvedeným informacím své požadavky a akceptoval by námi navrhované řešení? Zadavatel by tak rozšířil tak možný okruh uchazečů a tím mohl získat výhodnější nabídky.

Odpověď k dotazu č.1:

- a) Zadavatel potvrzuje, že min. délka hadičky 8 mm splňuje náš požadavek.
- b) Zadavatel zvážil vyjádření k typu svařování a upravil technické parametry – viz příloha 2 Technické parametry_rev.
- c) Zadavatel v rámci připuštění dvou technologií svařování upravil požadavek na spotřební materiál – viz příloha 2 Technické parametry_rev

Sdělení zadavatele:

Zadavatel, vzhledem k výše uvedeným dotazům k zadávací dokumentaci VZMR Sterilní svářečka hadiček a k připomínkám ke specifikaci technických parametrů a provozních požadavků zadavatel rozhodl o revizi požadovaných technických a provozních parametrů a tyto jsou upraveny v příloze 2 Technické parametry rev.

Příloha:

příloha 2 Technické parametry rev

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili tabulku revidované technické specifikace, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 27.11. 2024 do 13:00 hodin.