

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 26.11.2024

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Centrifuga a inkubátor pro gelové karty s CE/IVD certifikací - opakované zadání:

Dotaz č.1 / 26.11.2024:

Zadavatel specifikuje v příloze č.2 technická dokumentace, list centrifuga – sloupec „B“ minimální hodnota požadovaná zadavatele, minimální požadované hodnoty pro daný přístroj. Pravděpodobně došlo k administrativní chybě a požadavky jsou shodné s listem pro inkubátor.

Můžeme požádat zadavatele, aby upravil minimální hodnoty vztahené pro list centrifuga, tak aby odpovídali požadovanému přístroji?

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel uznává, že nastavené požadované parametry v příloze 2 Technická specifikace neodpovídají požadovanému přístroji.

Zadavatel, vzhledem k výše uvedenému dotazu k zadávací dokumentaci VZMR Centrifuga a inkubátor pro gelové karty s CE/IVD certifikací - opakované zadání rozhodl o revizi požadovaných technických parametrů. Konečné požadované technické parametry jsou stanoveny v příloze 2 Technické parametry_rev. Příloha 2 Technické parametry_rev je zveřejněna v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili tabulku revidované technické specifikace, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 11.12. 2024 do 14:00 hodin.