

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel:	+420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	herzan@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889
Kontaktní osoba:	Milan Pavlun
Tel:	603 251 031
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz

(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Výdejní systém pro rozvoz stravy II.“

(dále také zakázka)

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2024-054450 Označené: VZD/03/24

Jedná se o tyto informace:

Dotaz č. 1/03 DISKRIMINAČNÍ ZADÁNÍ

Zadavatel v zadávací dokumentaci definuje u položky č.1-2 V bodě f. - Výška tabletu v uzavřeném stavu musí být maximálně 102 mm. Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu je výška omezena na tuto hodnotu, když standardní rozteč zásuvy ve vozíku je 115 mm a nikde jinde není tento parametr důležitý. Pokud nemá zadavatel jiný jednoznačný důvod k tomuto omezení, žádáme o možnost nabídnout tabletový systém s celkovou výškou s tolerancí 10% k uvedenému rozměru.

Odpověď č. 1/03

Předmětným požadavkem zadavatel sleduje více faktorů a to zejména: skladovatelnost tabletů na odkládacích vozících, omezení nároků na velikost transportních vozíků jejichž rozměr je velmi důležitý ve stísněných dopravních cestách nemocnice, omezení nárůstu výšky transportních vozíků a tedy i výšky nejvyšších pozic umístění tabletů v transportních vozících pro manipulaci s tablety personálem, v neposlední řadě omezení nárůstu váhy tabletu. Zadavatel trvá na svém požadavku uvedeném v zadávacích podmínkách předmětné zakázky.

Dotaz č. 2/03

Zadavatel v zadávací dokumentaci definuje u položky č.1-2 V bodě g. - Zakrytý tablet musí být stohovatelný. Při konzumaci jídla dolní na horní díl. Z tohoto požadavku je patrné, že při konzumaci jídla (vlastně před ní) je podložen horní díl pod spodní. Na základě tohoto požadavku pak ovšem postrádá smysl požadavek z předchozích bodů d. a e. Pokud před konzumací jídla podloží zadavatel horní díl pod spodní, je pak zcela jedno, zda přiveze ke stolu strávnicka tablet se zakrytou či odkrytou miskou na polévku. Před započítáním jídla bude miska v každém případě odkrytá. Tento požadavek pak zcela zbytečně omezuje možný počet uchazečů v této veřejné zakázce. Žádáme proto, aby bylo uchazečům umožněno nabídnout tabletový systém kdy v přepravním stavu je zakryta i miska na polévku, neboť na základě požadavku dle bodu g. nebude nijak omezeno stravování pacientů a ani žádným způsobem nebude omezena manipulace s tabletovým systémem ze strany personálu.

Zadavatel ve své zadávací dokumentaci požaduje Integrovaný držák karet, tento požadavek splňuje aktuálně na trhu pouze jediný výrobce tabletového systému. Požadavek odkazuje na jeden výrobek, a to Stierlen typ Combi set. Diskriminačně a bezdůvodně tedy znevýhodňuje ostatní potenciální účastníky ve veřejné zakázce tím, že jim znemožňuje účast. Držák karet má splňovat funkci udržení

karty na jednom místě, což jiní výrobci tabletového systému splňují použitím držáku karet, který je buď volně umístěn v otevřené části spodního dílu tabletu, nebo připevněním držáku na vnější rám tabletu – tento způsob držáků je naprosto běžnou praxí a je vhodný k mytí v myčce nádobí, bez možnosti spadnutí. Umístění držáku karet na vnější rám spodního dílu tabletu však nijak neovlivňuje použitelnost celku a ani neomezuje manipulaci s tabletovým systémem. Žádáme o možnost nabídnout tabletový systém, jehož držák karet bude pevně spojen se spodním dílem.

Odpověď č. 2/03

Zadavatel trvá na svém požadavku uvedeném pod písm. g) v pol. č. 1-2 svázku č. 4.1 zadávacích podmínek předmětné zakázky. Tazatel vytvořil spekulativní kombinaci, aniž by připouštěl i jiné varianty přepravy a manipulace s tabletovým systémem, které umožní ekonomické a efektivní postupy při této činnosti.

Zadavatel trvá na svém požadavku způsobu řešení držáku karet pacientů. Zadavatel považuje tuto záležitost za velmi důležitou jak z hlediska efektivního procesu výdeje stravy, tak z hlediska zabezpečení maximální eliminace záměny vydávané diety jednotlivým konkrétním pacientům.

Dotaz č. 3/03

Zadavatel v zadávací dokumentaci ve specifikaci transportních vozíků u velikosti vozíku o kapacitě 30 ks tabletu připouští toleranci 10 % v rozměrech tohoto vozíku. U vozíku na 20ks tabletů tato tolerance uvedena není. Jedná se pravděpodobně o tiskovou chybu. Žádáme o potvrzení, že uchazeč může nabídnout vozík pro kapacitu 20 ks tabletu s rozměry, které budou také v tolerančním rozsahu 10 % k zadaným rozměrům.

Odpověď č. 3/03

Zadavatel tímto ruší znění požadavku uvedeného pod písm. u) v pol. č. 9 Specifikace transportních vozíků na 20 ks tabletů svázku č. 4.1 zadávacích podmínek předmětné zakázky a nahrazuje ho tímto novým zněním:

u. Celkové maximální rozměry: 1066x680x1610 mm šxhxv tolerance + 10%.

Zadavatel tímto ruší znění části zadávací dokumentace označené „Svazek č.4.1 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ v plném rozsahu a nahrazuje ji novou částí zadávací dokumentace označenou „Svazek č.4.2 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ název souboru „241230_sv.c.4.2_Specifikace_ZD_TabII“, který tvoří přílohu tohoto VZD/03/24. Při zpracování nabídky musí dodavatele ve všech částech ZD odkazujících se na „Svazek č.4 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ využít „Svazek č.4.2 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“.

INFORMACE č. 4/03

Zadavatel v souladu s ustanovením odst.2) §99 ZVZZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- | | |
|---|------------------|
| - nové znění bodu „Lhůta pro podání nabídek“ - den: | 16.1.2025 |
| - nové znění bodu „Datum otevírání podání: | 16.1.2025 |

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Přílohy:

Svazek č.4.2 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ název souboru „241230_sv.c.4.2_Specifikace_ZD_TabII.

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.