

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová  
TEL.: 518 601 237  
E-MAIL: [safarova.eva@nemkyj.cz](mailto:safarova.eva@nemkyj.cz)  
DATUM: 08.01.2025

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

### Veřejná zakázka č. VZ202453 – Dodávka ultrazvukových přístrojů\_ENDOK,CHIR JIP,KARDIO

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### *I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele*

##### Znění dotazu č. 1:

*„V příloze č. 1b - Technická specifikace - chirurgické oddělení JIP, je uvedeno:*

*47 dostupná funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu – steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje*

*48 dostupný kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace*

*49 dostupný tkáňový Doppler*

*50 dostupné výlučně nedopplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením*

*53 dostupné 3D a 4D zobrazení*

*58 možnost připojení biooptického nástavce*

*Má touto formulací zadavatel na mysli, aby byly tyto funkce a položky již součástí předmětu nabídky, nebo daný stroj musí tyto funkce umožňovat, nicméně, k jejich pořízení dojde dodatečně? Co se týká např. 3D/4D zobrazení, není požadována sonda, která by toto umožňovala, domníváme se, tedy správně, že všechny tyto funkce budou pořízeny v budoucnu?“*

##### Odpověď na dotaz č. 1:

Daný stroj musí tyto funkce umožňovat, nicméně k jejich pořízení může dojít dodatečně, dle potřeby oddělení.

Zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek **neprodloužit**.

Za zadavatele:

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel