

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Název veřejné zakázky

Název: Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum
Evidenční číslo veřejné zakázky: 241292

Údaje o zadavateli veřejné zakázky

Název zadavatele: **Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**
Sídlo zadavatele: **U nemocnice 1, 690 74 Břeclav**

IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780

Statutární zástupce: **MUDr. Janka Bambasová, MPH, ředitelka**

Kontaktní osoba: **Bc. Petr Bařka**
e-mail: **batka@nembv.cz**
telefon: **519 315 115**

Odůvodnění úprav zadávací dokumentace:

Zadavateli byly podány námitky vůči obsahu zadávací dokumentace, kdy některé ze zvolených technických specifikací požadovaného zboží byly napadeny jako diskriminační. Vzhledem k tomu, že zadavatel má zájem na bezvýjimečně transparentním, nediskriminačním a v zacházení rovném zadávacím řízení, na základě těchto námitek přezkoumal celý obsah zadávací dokumentace a následně v technických specifikacích upravil zadávací dokumentaci tak, aby nastavením konkrétních a jednotlivých technických parametrů nemohlo dojít k neodůvodněnému vyloučení okruhů uchazečů v zadávacím řízení.

S ohledem na ust. §40 odst. 3 a §147 odst. 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zadavatel rovněž prodloužil lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení, která končí dnem a hodinou uvedenými nově v opraveném Oznámení o zakázce zveřejněném v Informačním systému o veřejných zakázkách, přičemž zadavatel prodloužil lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Úpravy zadávací dokumentace – technické specifikace

Část 10) Příklad pro neinvazivní monitorování hemodynamiky (1 ks)

Dosavadní znění zadávací dokumentace: *monitor pro měření hemodynamických parametrů z analýzy arteriální pulzní vlny na základě kalibrace podle diluce lithia*

se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

monitor pro měření hemodynamických parametrů

Dosavadní znění zadávací dokumentace: *kalibrace transpulmonální indikátorovou dilucí chloridu lithného 1 x za 24 hod. se ruší bez náhrady*

Dosavadní znění zadávací dokumentace: *parametry jsou zobrazovány na dotykové, minimálně 15“ barevné LCD obrazovce*

se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

parametry jsou zobrazovány na dotykové 15“ barevné LCD obrazovce

Pozn. zadavatele: Zadavatel upozorňuje na toleranci +/- 10% pro všechny části technické specifikace, např. ve výše uvedené změně je možné podat nabídku s LCD obrazovkou o velikosti v rozmezí od 13,5“ do 16,5“

V Břeclavi, dne 7. 3. 2013

MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 390 730