



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



“Dodávka operačního stolu s extenzí dolních končetin pro dospělé a dodávka chirurgického světla“

CPV : 33192230-3 operační stůl
33167000- 8 chirurgické světlo

Údaje o zadavateli

Název: Nemocnice Břeclav
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Janka Bambasová, MPH, ředitelka nemocnice
Kontaktní osoba: Bc. Petr Baťka, vedoucí informačního systému
E-mail: batka@nembv.cz

V Břeclavi, dne 19. 3. 2013

Výše uvedený zadavatel vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona s názvem „Dodávka operačního stolu s extenzí dolních končetin pro dospělé a dodávka chirurgického světla“.

Zasílám Vám celkem tři dotazy k technické specifikaci požadovaného operačního stolu a operačního světla,, uvedené pod označením celků dle CPV 33192230-3 Operační stůl a 33167000-8 Chirurgické světlo.

1) Ve specifikaci k operačnímu stolu je požadavek na výškový zdvih v rozsahu min. 800 až 1100 mm (výška horní hrany polstrování).

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat nabídku operačního stolu, který má rozsah výškového zdvihu od 680 mm do 1 030 mm (celkový zdvih 350 mm), který ale překračuje všechny ostatní požadované hodnoty (povolené zatížení, délka posuvu, rozsah pohybů elektricky i manuálně nastavovaných částí)?

Hodnota maximálního výškového nastavení se liší od požadované o celkem 70 mm, stůl má však nižší dolní hodnotu nastavení a větší rozsah, což může být výhodou zejména při traumatologických výkonech.

2) Ve specifikaci k operačnímu svítidlu je požadavek na hodnotu svítivosti minimálně 160 000 lx pro hlavní kopuli a 130 000 lx pro satelitní kopuli.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel ochoten akceptovat operační svítidlo, které nedosahuje maximální požadované svítivosti u hlavní ani satelitní kopule? Svítivost nabízeného svítidla je nižší o cca 7 % (150 000 lx a 120 000 lx) .

Požadovaná hodnota svítivosti pro hlavní kopuli je **maximální normou přípustná** svítivost, která je na hranici fyziologické snášenlivosti oka a působí již oslnění a výpadky vidění a urychluje únavu očí.

Svítivost 100 000 lx odpovídá přímému slunečnímu osvětlení za letního dne, kdy není možno například číst bez tmavých ochranných skel.

Nabízené svítidlo zaručuje dostatečný osvit jednak způsobem distribuce světla, jednak dalšími

technickými prostředky tak, aby nemuselo být využíváno maximální normou povolené svítivosti, při

zachování přehledu a dostatečné viditelnosti v operačním poli i v hloubce operační rány.

3) Ve specifikaci k operačnímu svítidlu je požadavek na rozsah fokusace (nastavitelný rozsah průměru světelného pole) 200 až 300 mm.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel ochoten akceptovat operační svítidlo, které má menší nastavitelný rozsah průměru světelného pole?

Nabízené svítidlo disponuje rozsahem 200 až 250 mm s hloubkou homogenního osvitu v rozsahu minimálně 110 cm (požadováno 80 cm) bez nutnosti manipulace s kopulemi.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i rozsah od 680 do 1030mm.

Dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat i svítivost hlavní kopule 150 000 lx a satelitní kopule 120 000 lx.

Dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na rozsahu fokusace 200 až 300 mm. Operační světlo bude instalováno na operačním sále číslo 1, na kterém jsou prováděny bariatrické operace, proto trvá na rozsahu fokusace, které jsou uvedeny v technických podmínkách veřejné zakázky.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 390 780



.....
za zadavatele
MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav