

DODATEČNÉ INFORMACE č. 4

Název veřejné zakázky: Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum

Zadavatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: u Nemocnice 3066/1, 690 74

IČ: 003 90 780

V Břeclavi, 21. března 2013

Výše uvedený zadavatel vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „**Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum**“. Dotazy jsou v chronologickém pořadí s dotazy v dodatečné informaci č. 1 a č. 2

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 5 – Odsávačky“

Dotaz č. 11 obracím se na Vás s dotazem k zakázce: "Dodávka zdravotnické technologie", zda u části 6 - odsávaček kód 146104 akceptujete dosažitelný podtlak 700 mbar. V zadávacích podmínkách máte uveden požadavek 800 mbar.

Odpověď: Zadavatel trvá na technickém parametru minimálně 800 mbar (samozřejmě s obecně povolenou tolerancí +/- 10 %). Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů, či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel proto trvá na zadané technické specifikaci k předmětnému parametru části veřejné zakázky. Pozn. Zadavatele, uchazeč pravděpodobně omylem označil chybně část veřejné zakázky, dotaz je dle obsahu směřován k části 5 – Odsávačky, místo k části 6 – Plicní ventilátory.

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 3 – Infuzní dávkovače“

Dotaz č. 12 Chtěl bych podat dotaz k VŘ na dodávky zdravotnických přístrojů pro iktové centrum. Zadavatel v rámci zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce "Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum" v příloze č.2. - Technická specifikace požaduje pro část 3) Infuzní dávkovače splnění následujícího parametru:
- rozsah detekce okluzního tlaku minimálně 400 až 900mmHg

Otázka: Takto vysoká horní mez detekce okluzního tlaku není u infuzních dávkovačů obvyklá a může v konečném důsledku způsobit poškození zdraví pacienta. Trvá zadavatel striktně na rozmezí detekce okluzního tlaku v intervalu 400 - 900 mm Hg, nebo je přípustný a dle uchazeče plně vyhovující a bezpečnější i interval detekce okluzního tlaku 300 - 750 mm Hg?

Odpověď: Zadavatel trvá na technickém parametru rozmezí detekce okluzního tlaku v intervalu 400 - 900 mm Hg (samozřejmě s obecně povolenou tolerancí $\pm 10\%$). Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů, či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel proto trvá na zadané technické specifikaci k předmětné části veřejné zakázky.

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 2 – Defibrilátor“

Dotaz č. 13 Zadavatel požaduje: Defibrilátor s vestavěným monitorem životních funkcí s přehledným displejem min. 8,4“

Otázka:

Akceptuje zadavatel i alternativní technické řešení splňující medicínský účel, tzn. přístroj: s přehledným displejem o velikosti 5,6“? Akceptováním této technické alternativy zůstane zachován medicínský účel přístroje a všechny ostatní požadavky technické specifikace budou splněny.

Odpověď: Zadavatel trvá na technickém parametru velikosti displeje min. 8,4“ (samozřejmě s obecně povolenou tolerancí $\pm 10\%$). Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů, či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel proto trvá na zadané technické specifikaci k předmětné části veřejné zakázky.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel

U nemocnice 1, 600 74 Břeclav
IČO: 00 390 760

za zadavatele

MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav