

## **DODATEČNÉ INFORMACE č. 5**

**Název veřejné zakázky:** Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum

**Zadavatel:** Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

**Sídlo:** u Nemocnice 3066/1, 690 74

**IČ:** 003 90 780

V Břeclavi, 28. března 2013

Výše uvedený zadavatel vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „**Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum**“. Dotazy jsou v chronologickém pořadí s dotazy v dodatečné informaci č. 1, č. 2 a č. 4

### **Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 5 – Odsávačky“**

Zadavatel požaduje jehlový regulační ventil pro přesné nastavení sání.

**Dotaz č. 14:** Akceptuje zadavatel jiné řešení regulačního ventilu? Je možné nabídnout odsávačky s regulací například pomocí membránového ventilu, který zabezpečuje přesnější nastavení a v horizontu životnosti odsávačky delší životnost?

**Odpověď:** Ano, zadavatel akceptuje i odsávačky s regulací pomocí membránového ventilu, a bude je považovat za řešení splňující zadání.

### **Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 5 – Odsávačky“**

**Dotaz č. 15** obracíme se na Vás s dotazem k zakázce: "Dodávka zdravotnické technologie", zda u části 6 - odsávaček kód 146104 akceptujete dosažitelný podtlak 700 mbar. V zadávacích podmínkách máte uveden požadavek 800 mbar.

**Odpověď:** Vzhledem k tomu, že je při praktickém použití poměrně značný rozdíl v odsávačce s maximálním podtlakem 800mbar a 700mbar, zadavatel trvá na dodržení hodnoty 800mbar s tolerančním polem +/-10%. Nejde obvykle ani tak o přímé použití maximálního podtlaku, k tomu v praxi obvykle ani nedojde, ale o rychlost dosažení obvyklého pracovního podtlaku a rychlost sání, která je tím vyšší (a kvalitnější) čím vyšší maximální podtlak je odsávačka schopna vyvinout. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na dodržení hodnoty uvedené v zadání s obvyklým tolerančním polem.

Pozn. Zadavatele, uchazeč pravděpodobně omylem označil chybně část veřejné zakázky, dotaz je dle obsahu směřován k části 5 – Odsávačky, místo k části 6 – Plicní ventilátory.



.....  
za zadavatele  
MUDr. Janka Bambasová, MPH  
ředitelka Nemocnice Břeclav

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace  
ředitel  
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav  
IČO: 00 890 780