

DODATEČNÉ INFORMACE č. 6

Název veřejné zakázky: Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum

Zadavatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: u Nemocnice 3066/1, 690 74

IČ: 003 90 780

V Břeclavi, 9. dubna 2013

Výše uvedený zadavatel vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „**Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum**“. Dotazy jsou v chronologickém pořadí s dotazy v dodatečné informaci č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 6 – Plicní ventilátory“

Zadavatel požaduje „monitorace hodnot Pplat, Ppeak, Peep, Pmean, Pmin, f a fsponť MV a MVspont, Vt, Cdyn, R, FiO2“

Dotaz č. 16: Akceptuje zadavatel přístroj se zobrazením Pmin jako trendový parametr? Při hodnocení průběhu trendu je k dispozici včetně všech parametrů ventilace. Nabízené řešení nemá žádný vliv na terapeutický ani diagnostický účel přístroje.

Odpověď: Zadavatel požaduje u všech monitorovaných hodnot uvedených v zadání jejich přímé, číselné zobrazení. Zobrazení těchto hodnot v podobě trendů, křivek, smyček apod. bude považováno pouze za rozšiřující doplnění základního požadovaného zobrazení. Pouhé zobrazení těchto hodnot v podobě grafické - trendy, křivky, smyčky apod. bez současného zobrazení jejich přímé číselné hodnoty, bude považováno za nesplnění zadání.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
u nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČ: 003 90 780

za zadavatele

MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav