

Zadávací podmínky na zakázku – plicní ventilátory

Údaje o zadavateli:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1247

697 33 Kyjov

Zastoupená: doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T), ředitel
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

Bankovní spojení: KB Hodonín

Číslo účtu: 12038-671/0100

Předmět plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks ventilátoru pro ventilaci pacientů na anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace.

Specifikace přístroje:

Režimy

- řízená ventilace tlaková
- řízená objemová ventilace
- řízená ventilace tlaková s garantovaným objemem
- SIMV tlakově i objemově řízená
- ventilace na dvou tlakových hladinách
- spontánní ventilace s tlakovou podporou
- kompenzace dýchací rourky
- apnoická ventilace
- nastavování apnoické pauzy
- neinvazivní ventilace
- Trigger tlakový i průtokový
- 100 % O₂ na 2 minuty
- inspirační a expirační pauza
- manuální spouštění dechů
- kontrola skutečného objemu V_t
- automatická kompenzace dýchacího okruhu

Monitorace

- % O₂ ve vdechované směsi
- tlak na konci expirace
- vydechovaný minutový objem
- vydechovaný dechový objem
- I: E poměr
- maximální tlak v okruhu
- střední tlak v okruhu
- spontánní minutový objem
- spontánní inspirační dechový objem
- celková dechová frekvence
- současné nezávislé zobrazení nastavovaných a monitorovaných parametrů plicní mechaniky : hodnoty tlaku, hodnoty objemu / průtoku, časové

- údaje, křivky v reálném čase, parametr WOB
- záznam alarmových hlášení
- záložní zdroj pro případ výpadku el. proudu minimálně 30 min
- snadná údržba

Pozn.: Systém by měl být otevřený s možností rozšíření nabízeného systému o další např. měřené ventilační parametry včetně plynové analýzy, eventuálně další možnosti rozšíření systému.

Přístroj by měl být koncepčně zcela nový.

Provozní náklady:

- vypsát jaké servisní kity a potřebné náhradní díly jsou nutné pro údržbu a v jakých časových intervalech
- náklady na spotřební materiál, průtokové senzory, filtry atd.
- náklady na výměnu senzorů kyslíku
- ostatní provozní náklady, výše neuvedené

Termín a místo plnění zakázky:

Termín dodání zboží: po podpisu smlouvy

Místo plnění: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Celková cena:

U celkové ceny bude uvedena cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.

Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platba bude probíhat po ukončení a řádném předání předmětu zakázky. O předání bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami včetně protokolu o zaškolení obsluhy. Tyto doklady budou sloužit jako podklad pro fakturaci. Podklad pro zaplacení je daňový doklad – faktura, jejíž splatnost bude minimálně 90 dnů od doručení zadavateli.

Další podmínky:

- vyzvaný zájemce může podat pouze jednu nabídku
- žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou
- náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídky nebudou uchazečům vráceny
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení

Obsah nabídky:

- popis zařízení s technickou specifikací
- prohlášení, že nabízené zařízení je kompletní a funkční
- prohlášení, že výrobce zaručuje dodávání náhradních dílů a spotřebních materiálů po dobu nejméně 10 let a že uchazeč zaručuje po stejnou dobu provádění servisu
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- v případě opravy, jejíž předpokládaná délka bude více než 2 dny, zajistí dodavatel k zapůjčení náhradní přístroj
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- cena preventivní prohlídky po uplynutí záruční doby
- odkud bude zajišťován servis
- nástup na opravu od doby ohlášení poruchy
- cena pracovní hodiny při vyžádaných opravách a dopravní náklady
- návrh kupní smlouvy dle našeho vzoru – na vyžádání zašleme e-mailem
- smluvní garanci, že cenové relace servisní hodiny, spotřebního materiálu, příslušenství budou od uzavření kupní smlouvy do doby dalších nákupů a servisních zásahů zvýšeny pouze o uznanou inflaci ČSÚ v daném roce

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií

1. výše nabídkové ceny
2. technické parametry
3. provozní náklady
4. záruční doba

Označení způsob podání nabídky:

Nabídka bude označena heslem „**Plicní ventilátory**“ a bude dodána v zapečetěné obálce na adresu zadavatele **nejpozději do 10. 5. 2013**

Místo pro podání nabídky:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Ševela Jan - vedoucí OZT
Strážovská 1247
697 33 Kyjov

Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)
ředitel